

シート No.

GT200-FO004 食品・飼料

ウスターソースの食塩分分析

1/3

※本シートはご参考として提供するものであり、分析値を保証するものではありません。
分析環境などによる外的要因や試料の性状を考慮し、最適条件でご使用ください。

測定 の 概 要

ウスターソースの規格は日本農林規格『ウスターソース類の日本農林規格』にて規定されており、食塩分は特級・標準ともに11%以下であることが定められています。

滴定の種類: 沈殿滴定

◆参考規格・文献

日本農林規格 ウスターソース類の日本農林規格 無塩可溶性固形分・食塩分の測定(電位差滴定法)

装 置 構 成

自動滴定装置 GT-200 電極: ダブルジャンクション型参照電極・銀検出電極

参照電極内部液: 1mol/L-塩化カリウム溶液 参照電極外部液: 1mol/L-硝酸カリウム溶液

使 用 試 薬

- [滴定液] ■0. 1mol/L-硝酸銀溶液 (容量分析用)
- [調製試薬] ■ポリオキシエチレン(20)ソルビタンモノラウレート溶液・・・ポリオキシエチレン(20)ソルビタンモノラウレート1gを200mlビーカーに量り取り、水100mlを加えて混合。
■硝酸(1+1)・・・一定容量採取した純水の中に、同じ容量の硝酸を加える。

分 析 操 作

[空試験]

- 1) 100mlビーカーにマクロピペットなどを用いて純水100mlを正確に採取します。
- 2) 硝酸(1+1)1mlを加えます。
- 3) ポリオキシエチレン(20)ソルビタンモノラウレート溶液1mlを加えます。
- 4) 電極が浸かるくらいまで純水を加え、0. 1mol/L-硝酸銀溶液で滴定します。

[本滴定]

- 1) 100mlビーカーにマクロピペットなどを用いて試料10mlを正確に採取します。
- 2) 硝酸(1+1)1mlを加えます。
- 3) ポリオキシエチレン(20)ソルビタンモノラウレート溶液1mlを加えます。
- 4) 電極が浸かるくらいまで純水を加え、0. 1mol/L-硝酸銀溶液で滴定します。

シート No.

GT200-FO 004 ウスターソースの食塩分分析

2 / 3

[計算式]

$$\text{食塩分 (\%)} = ((A1 - BL) / K1) \times M \times f \times FW \times (1 / S) \times 100$$

A1 : 本滴定における0.1mol/L-硝酸銀溶液の滴定量(ml)

BL : 空試験における0.1mol/L-硝酸銀溶液の滴定量(ml)

K1 : 1000

M : 硝酸銀溶液のモル濃度 (0.1mol/L)

f : 0.1mol/L-硝酸銀溶液のファクター

FW : 塩化ナトリウムの式量 (58.44)

S : 試料採取量(g)

その他

- 測定前には参照電極の内・外部液の交換及び銀検出電極の研磨を行ってください。
- 測定に使用する薬品のラベル表示や安全データシートを必ず確認し、充分注意して取り扱ってください。
- 試薬の取り扱い時には保護めがねや手袋等の保護具を着用ください。

測定結果

	試料採取量(g)	滴定量(ml)	測定値(%)
1	0.4241	6.3229	8.7
2	0.4080	6.0751	8.7
3	0.4105	6.1107	8.7

データ数 (n) 3
平均値 8.7
標準偏差 (SD) 0.0072
相対標準偏差 (RSD%) 0.0825

ブランク 0.0000ml

ウスターソースの食塩分を測定致しました。このサンプルを GT-200 で測定した結果は8.7%でした。相対標準偏差 (RSD%)は0.08%であり、再現性良く測定出来ています。

シート No.

GT200-FO004 ウスターソースの食塩分分析


3 / 3

ID No. : 1 GT No.1

User : GT-200

測定日時 : 2013/04/18 9:38
サンプル名 : ウスターソース

測定の種類 : Sample Titr
サンプルサイズ(S) : 0.4241 [g]



C1 : 8.70 [%]

A1 : 6.3229 [ml] 261 [mV]

測定開始電位(Pi) : 95 [mV]
 滴定開始(Start) : 0 [ml] 95 [mV]
 滴定終了(End) : 6.952 [ml] 367 [mV] 測定時間(Time) : 3' 48"

実行ファイル No. : 9 ウスターソースの食塩分
 滴定ファイル No. : 29 ウスターソースの食塩分
 滴定モード(Mode) : INF 終点 1(End1) 電位幅(End1 Width) : 350 [mV] ± 500 [mV]
 検出器(Detect) : mV1
 ビュレット番号(BRT No.) : 1
 滴定試薬番号(Reagent) : 5
 滴定前待ち時間(WTint) : 0 [sec]
 最大滴下量(Vup) : 300 [μl]
 最小滴下量(Vlow) : 10 [μl]
 安定待ち感度(dE) : 2 [mV]
 定待ち時間(dT) : 3 [sec]
 微分判定値(DL) : 300 [mV/ml]
 終点判定数(DetCnt) : 6
 最大滴定量(Vmax) : 20 [ml] C1 : ((A1-BL)/K1)*M*f*FW*(1/S)*100
 過剰滴定量(Vover) : 0.5 [ml] [%]

試薬名(Reag) : 0.1M AgNO3 当量数(E) : 1 モル濃度(M) : 0.1 [Mol/l]
 ファクタ(f) : 0.999 ブランク(BL) : 0 [ml] 任意係数 1(K1) : 1000
 式量(FW) : 58.44

試薬注入速度(BuretInjectionSpeed) : 500 [ul/sec]